

سؤال 1

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از جریان های ذیل در تجهیزات پزشکی، جریان نشتی محسوب نمی شود؟

- ☐ a. جریانی که از ترمینال زمین دستگاه وارد زمین می شود.
- ☐ b. جریانی که از محفظه دستگاه وارد زمین می شود.
- ☐ c. جریانی که از قسمت های کاربردی بیمار از طریق بیمار وارد زمین می شود.
- ☒ d. جریانی که بین قسمت های کاربردی بیمار از طریق بدن بیمار جریان می یابد.

سؤال 2

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از عبارات ذیل نادرست است.

- ☐ a. کلیه پیش فاکتورهای صادر شده جهت توزیع کنندگان باید علاوه بر قیمت فروش به توزیع کننده، دارای قیمت مصرف کننده نیز باشند.
- ☒ b. ذکر شماره پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی نمی باشد.
- ☐ c. ذکر مهلت اعتبار پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی است.
- ☐ d. ذکر نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن وی در پیش فاکتور الزامی است.

سؤال 3

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از دستکش های ذیل ساخته شده از مواد طبیعی است؟

- ☐ a. دستکش وینیل
- ☐ b. دستکش نیتریل
- ☒ c. دستکش لاتکس
- ☐ d. هیچ کدام

سؤال 4

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

در چیدمان کالاهای پزشکی در انبار Controlled Zone به چه معناست؟

- ☒ a. کالاهایی که باید در جای خنک نگهداری شوند، در مکان کنترل شده دمایی قرار گیرند.
- ☐ b. کالاهایی که دارای ارزش بالایی هستند، در مکان های خاص قرار گیرند.
- ☐ c. کالاهایی که دارای شرایط ایمنی بالایی هستند، در مکان های ایمن قرار گیرند.
- ☐ d. دستورالعمل سازنده در خصوص انبارش رعایت گردد.

سؤال 5

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

حادثه ناگوار عبارت است از

- ☐ a. حادثه ای که منجر به مرگ گردد.
- ☐ b. حادثه ای که منجر به خسارت جانی یا مالی گردد.
- ☐ c. حادثه ای که منجر به آسیب جدی گردد.
- ☒ d. حادثه ای که منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

سؤال 6

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدام یک از گزینه های زیر جز ضوابط فاکتور نمی باشد؟

- ☐ a. در سربرگ فروشنده باشد
- ☒ b. فاکتور با مهر و امضا خریدار باشد
- ☐ c. کالا کد imd داشته باشد
- ☐ d. مشخصات کالا در فاکور قید گردد

سؤال 7

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

ایجاد انبار مجزا جهت توزیع کدامیک از تجهیزات پزشکی الزامی نمی باشد؟

- ☒ a. کالاهای دندانپزشکی سطح 2 (کلاس خطر A و B)
- ☐ b. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
- ☐ c. کالاهای قلبی عروقی
- ☐ d. موارد الف و ب

سؤال 8

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل نادرست می باشد.

- ☐ a. مدیر فنی نمی تواند مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
- ☒ b. به ازای هر پنج دستگاه در دامنه فعالیت دارنده مجوز حداقل یک نفر پرسنل فنی ضروری است.
- ☐ c. مدت اعتبار موافقت اولیه سه ماه می باشد.
- ☐ d. پرسنل فنی باید توسط دارنده مجوز بیمه شده باشند.

سؤال 9

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از گزینه های زیر جزو سازمانهای منتشرکننده استاندارد نمی باشد؟

- ☒ a. FDA
- ☐ b. ISO
- ☐ c. IEC
- ☐ d. ITU

سؤال 10

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

اروفارنژیال در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ☐ a. اورولوژی
- ☒ b. تنفسی
- ☐ c. بیهوشی
- ☐ d. زنان و زایمان

سؤال 11

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

- ☐ a. مجاز است.
- ☒ b. به منزله قاچاق است.
- ☐ c. غیرمجاز است لیکن به منزله قاچاق نمی باشد.
- ☐ d. موارد همه موارد

سؤال 12

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

زیر جزء نخهای بخیه طبیعی قابل جذب می باشد؟

- ☐ a. نخ مصنوعی قابل جذب تک رشته ایی
- ☐ b. نخ مصنوعی قابل جذب چند رشته ایی
- ☐ c. نخ سیلک
- ☒ d. نخ گوت کرومیک

سؤال 13

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

فراخوان وسیله پزشکی به معنای می باشد.

- ☐ a. اطلاع رسانی و جمع آوری وسیله
- ☒ b. جمع آوری وسیله و یا اقدام اصلاحی
- ☐ c. اطلاع رسانی و پایش وسیله
- ☐ d. جمع آوری وسیله و توزیع وسیله فاقد نقص

سؤال 14

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00

نظارت سازمان غذا و دارو آمریکا در مرحله " قبل از فروش " شامل کدامیک از مراحل زیر نمی باشد ؟

- ☐ a. تبلیغات
- ☐ b. تولید وسیله
- ☐ c. طراحی و توسعه
- ☐ d. بسته بندی و برچسب گذاری

سؤال 15

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

تاییدیه وسایل پزشکی در " اتحادیه اروپا " چه نام دارد؟

- ☐ a. PMN
- ☒ b. CE
- ☐ c. PMA
- ☐ d. MDD

سؤال 16

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

در هنگام چک نمودن کالای تحویلی انبار، کدام مورد جزء شاخص های خرابی نمی باشد؟

- ☐ a. شکستگی، زنگ زدگی
- ☒ b. عملکرد نادرست کالا
- ☐ c. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها یا قطعات
- ☐ d. ترك خوردگی یا پارگی، بوی غیر معمول

سؤال 17

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

طبقه بندی تجهیزات پزشکی از نظر حفاظت در برابر برق گرفتگی چگونه است؟

- ☐ a. طبقه I، طبقه II و طبقه III
- ☐ b. طبقه I، طبقه II، SELV
- ☒ c. طبقه I، طبقه II، دارای منبع تغذیه داخلی
- ☐ d. طبقه I، طبقه II، دارای قسمت های ولتاژ پایین

سؤال 18

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

تعداد نیروی فنی جهت ارائه خدمات پس از فروش براساس تعیین می گردد.

- ☐ a. تعداد دستگاه های تحت پوشش
- ☐ b. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه ها
- ☐ c. میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها
- ☒ d. همه موارد

سؤال 19

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00

استانداردها مجموعه.....مستندی هستند که حاوی ویژگیهای فنی ویا دیگر شرایط دقیق می باشند

- ☐ a. علائم
- ☐ b. قواعد
- ☐ c. تعاریف
- ☐ d. توافقات

سؤال 20

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کاتترهای مانومتريک در چه زمينه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ☐ a. اورولوژی
- ☐ b. تنفسی
- ☐ c. بیهوشی
- ☒ d. زنان و زایمان

سؤال 21

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

حداکثر زمان مراجعه جهت ارائه خدمات پس از فروش در استان است.

- ☒ a. 24 ساعت
- ☐ b. 48 ساعت
- ☐ c. 72 ساعت
- ☐ d. یک هفته

سؤال 22

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

- ☐ a. ارزیابی عملکرد
- ☐ b. ارزیابی ایمنی
- ☐ c. اعلام نتایج ارزیابی
- ☒ d. تعمیر یا رفع ایرادات

سؤال 23

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل از جمله ایمپلنت های استخوانی جذبی است؟

- ☐ a. پیچ
- ☐ b. مش
- ☐ c. پین
- ☒ d. همه موارد

سؤال 24

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی تولیدکننده نمی باشند

- ☐ a. در صورت تسلط بر تعمیرات تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- ☒ b. در صورت اخذ مجوز مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- ☐ c. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نمی باشند.
- ☐ d. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش جهت دستگاه های با عمر بالای ده سال می باشند.

سؤال 25

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

معرفی مسئول فنی برای چه اشخاصی الزامی است؟

- ☐ a. عرضه کنندگان
- ☐ b. توزیع کنندگان
- ☒ c. توزیع کنندگان کالاهای سطح 1
- ☐ d. توزیع کنندگان کالاهای سطح 2

سؤال 26

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

در فضای انبار اگر پالت استفاده شود چه نکای بایر رعایت گردد؟

- ☐ a. حداقل 20 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد
- ☒ b. حداقل 30 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- ☐ c. حداقل 40 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- ☐ d. حداقل 15 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد

سؤال 27

هنوز پاسخ داده
نشده است
نمره از 1.00

کدام گزینه از اهداف تعقیب خط سیر..... نمی باشد :

- ☐ a. امکان حذف سریع خطرات بالقوه
- ☐ b. خارج کردن دستگاههای معیوب از خط فروش
- ☐ c. جمع آوری اخطارهای ایمنی
- ☐ d. مطلع ساختن بیماران از مشکلات ویژه دستگاهها

سؤال 28

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

هدف از کدگذاری کالا چیست؟

- ☐ a. تشخیص سریال کالا
- ☒ b. تشخیص و تفکیک اقلام مختلف از یکدیگر و ایجاد سیستمی اسان در نگهداری اطلاعات
- ☐ c. تشخیص تاریخ تولید و انقضا
- ☐ d. هیچ کدام

سؤال 29

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بر عهده است.

- ☐ a. فروشنده تجهیزات پزشکی
- ☐ b. شرکت توزیع کننده تجهیزات پزشکی
- ☒ c. نمایندگان قانونی سازنده تجهیزات پزشکی
- ☐ d. هیچکدام

سؤال 30

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدام یک از گزینه های زیر جز ضوابط پیش فاکتور الزامی است؟

- ☐ a. قیمت مصرف کننده در پیش فاکتور قید گردد
- ☐ b. شماره صفحه در پیش فاکتور الزامی است
- ☐ c. اسم خریدار در پیش فاکتور قید گردد
- ☒ d. همه موارد

سؤال 31

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کاتترهای نفروستومی در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

- ☒ a. اورولوژی
- ☐ b. تنفسی
- ☐ c. بیهوشی
- ☐ d. زنان و زایمان

سؤال 32

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، مؤسسه پزشکی عبارت است از

- ☒ a. کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی
- ☐ b. کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی
- ☐ c. کلیه آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی
- ☐ d. همه موارد

سؤال 33

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدام جمله صحیح نمی باشد؟

- ☐ a. برچسب گذاری مناسب به منظورشناسایی صحیح و استفاده صحیح از وسایل پزشکی می باشد.
- ☐ b. در برچسب گذاری مناسب ارائه هشدارهای آگاه کننده و راهنمایی های شفاف ضروری می باشد.
- ☒ c. دربرچسب گذاری مناسب انطباق کالا با استانداردهای مربوطه برای کاربر نهایی نمایش داده می شود.
- ☐ d. دربرچسب گذاری مناسب ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن وسیله صورت می گیرد.

سؤال 34

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

چه نکاتی در انبارها باید رعایت گردد؟

- ☐ a. کف انبار باید شیب ملایم داشته باشد
- ☐ b. درب انبارها باید از جنس فلز باشد
- ☐ c. انبارها باید مجهز به وسایل و ابزار آتش نشانی باشد
- ☒ d. همه موارد

سؤال 35

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

ساعتزد ساعات بین راهی جهت ارائه خدمات پس از فروش

- ☐ a. معادل با ساعتزد ساعات مفید است.
- ☒ b. معادل با 50%ساعتزد ساعات مفید است.
- ☐ c. معادل با 70%ساعتزد ساعات مفید است.
- ☐ d. برای تمامی دستگاه ها یکسان است.

سؤال 36

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل جزء کالاهای مصرفی توزیعی سطح 1 نمی باشد؟

- ☐ a. کالاهای مصرفی ارولوژی
- ☐ b. کالاهای مصرفی بیهوشی- تنفسی
- ☐ c. کالاهای جراحی عمومی
- ☒ d. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی

سؤال 37

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از استانداردهای ذیل مربوط به "برچسب گذاری وسایل پزشکی" می باشد؟

- ☐ a. ISO 14179
- ☒ b. ISO 15223
- ☐ c. ISO 17025
- ☐ d. ISO 13485

سؤال 38

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از موارد ذیل از جمله اهداف تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

- ☐ a. ایجاد فرآیند سترون کردن محیط
- ☐ b. به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
- ☐ c. اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیک
- ☒ d. طراحی مواد بر پایه روش های ایمنی شناسی

سؤال 39

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل نادرست است.

- ☐ a. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله قاچاق است.
- ☐ b. تبلیغات تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ممنوع است.
- ☒ c. داروخانه ها صرفاً مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی از توزیع کنندگان می باشند.
- ☐ d. صاحبان حرف پزشکی منحصراً مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.

سؤال 40

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

تولید وسیله در آمریکا مطابق اصول و " شرایط تولید خوب" مربوط به کدام کنترل قانونی می باشد؟

- ☒ a. کنترل های عمومی
- ☐ b. کنترل های ویژه
- ☐ c. کنترل های عمومی و ویژه
- ☐ d. کنترل

سؤال 41

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

..... عبارت از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به صاحبان حرف پزشکی است.

- ☐ a. عرضه
- ☒ b. توزیع
- ☐ c. خرده فروشی
- ☐ d. توزیع و عرضه

سؤال 42

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

..... شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.

- ☐ a. شناسه رهگیری
- ☐ b. شناسه ردیابی
- ☒ c. شناسه کالا
- ☐ d. شناسه اصالت

سؤال 43

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک شامل مصرفی گوارش نمی باشد؟

- ☐ a. کیسه کلهستومی
- ☐ b. نازوگاستریک کتتر
- ☒ c. استایلت تراشه
- ☐ d. رکتال تیوب

سؤال 44

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

در ارتباط با مصرفی های اورولوژی و نفرولوژی همه موارد صحیح است بجز؟

- ☐ a. استنت حالب
- ☐ b. سوند فولی
- ☐ c. کتتر هماچوری
- ☒ d. اروفارنژیال

سؤال 45

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل در حوزه چشم پزشکی کاربرد ندارد؟

- ☐ a. اسپونژ
- ☐ b. اینجکتور
- ☒ c. پین شانز
- ☐ d. رینگ

سؤال 46

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

عوامل موثر در تعیین حداکثر زمان فواصل کنترل کیفی وسایل پزشکی چیست؟

- ☐ a. پیشنهاد و توصیه کمپانی سازنده
- ☐ b. مدت زمان، تعداد و چگونگی استفاده از وسیله پزشکی
- ☐ c. سوابق کالیبراسیون و تعمیرات وسیله
- ☒ d. همه موارد

سؤال 47

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

درج کدامیک از مشخصات کالا در فاکتور فروش الزامی نمی باشد؟

- ☐ a. یکبار مصرف بودن
- ☐ b. استریل بودن
- ☐ c. کد کاتالوگ
- ☒ d. تاریخ ساخت

سؤال 48

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

شرح ابزارهای اختصاصی تجهیزات پزشکی توسط سازنده در الزامی است.

- ☒ a. راهنمای سرویس
- ☐ b. راهنمای کاربری
- ☐ c. چک لیست PM
- ☐ d. گزینه های الف و ب

سؤال 49

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

با توجه به ضوابط اتحادیه اروپا در حوزه وسایل پزشکی، دایرکتیو مربوط به وسایل پزشکی کاشتنی فعال (AIMD)، کدام گزینه می باشد؟

- ☐ a. 93/42/EEC
- ☐ b. 98/79/EEC
- ☒ c. 90/385/EEC
- ☐ d. هیچکدام

سؤال 50

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل در مدیریت درمان زخم مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

- ☐ a. اسپانچ هموستاتیک
- ☐ b. چسب زینک اکساید
- ☐ c. فوم ها
- ☒ d. دستکش نیتریل

سؤال 51

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

مقدار مجاز جریان نشتی بیمار برای کدامیک از انواع قسمت های کاربردی کمتر است؟

- ☒ a. CF
- ☐ b. BF
- ☐ c. B
- ☐ d. F

سؤال 52

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موسسات زیر می بایست در سایت "سازمان غذا و داروی آمریکا" رجیستر شوند؟

- ☐ a. تولیدکننده و واردکنندگان و توزیع کنندگان
- ☐ b. صادرکنندگان
- ☐ c. Repakagers&Relablers
- ☒ d. همه موارد

سؤال 53

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدام گزینه نادرست می باشد؟

- ☐ a. 93/42/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- ☐ b. 90/385/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- ☒ c. 93/15/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- ☐ d. 98/79/EC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد

سؤال 54

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات اصلاحی نمی باشد.

- ☒ a. جمع آوری تجهیزات پزشکی دارای اشکال
- ☐ b. تحت نظر قرار دادن بیمار
- ☐ c. تنظیم وسیله
- ☐ d. برچسب گذاری مجدد تجهیزات پزشکی دارای اشکال

سؤال 55

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

طبق ضوابط وسایل پزشکی در آمریکا، "فراخوان" به چند کلاس تقسیم می شود؟

- ☒ a. سه کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- ☐ b. سه کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- ☐ c. چهار کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- ☐ d. چهار کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است

سؤال 56

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدامیک در زیر شاخه مدیریت درمان زخم قرار ندارد؟

- ☐ a. پانسمانها
- ☐ b. چسبها
- ☐ c. هموستاتیک
- ☒ d. تیشواکسپندرها

سؤال 57

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

دستگاه پزشکی که دارای قسمت کاربردی در تماس با بدن بیمار می باشد و جریان الکتریکی به بدن بیمار اعمال می کند، دارای قسمت کاربردی با طبقه حداقل باشد.

- ☐ a. B
- ☐ b. CF
- ☒ c. BF
- ☐ d. الف یا ج

سؤال 58

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

دستگاه پزشکی با طبقه بندی IPX1

- ☒ a. فاقد حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- ☐ b. فاقد حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب
- ☐ c. دارای حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- ☐ d. دارای حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب

سؤال 59

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

کدام دسته بندی جهت نخ های بخیه صحیح می باشد؟

- ☐ a. نخ های طبیعی یا مصنوعی، نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب
- ☒ b. نخ های طبیعی یا مصنوعی، قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای
- ☐ c. نخ های طبیعی یا مصنوعی، تک رشته ای یا چند رشته ای
- ☐ قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای

سؤال 60

پاسخ ذخیره شده
نمره از 1.00

یک نشانه مکتوب و یا هر علامت گرافیکی است که به همراه ویا پوشش

☐ a. برچسب گذاری

☒ b. برچسب

☐ c. حیطه کاربرد وسیله پزشکی

☐ d. نام تجاری وسیله پزشکی